

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Ciepłomierz Elf
Instrument model:/ Heat meter Elf

2. Producent wyrobu/ Manufacturer: **Apator Powogaz S.A.**
Adres/Address: ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań
Kraj/ Country: Polska
Telefon/fax: Phone/Fax number: 48 (61) 8 418 101 / 48 (61) 847 01 92
Adres e-mail/ e-mail: sekretariat.powogaz@apator.com.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Ciepłomierz kompaktowy Elf
Heat meter-compact Elf

klasa dokładności 2 lub 3/ *accuracy class 2 or 3*
średnica nominalna/ *nominal diameter:*

DN15 o ciągłym strumieniu objętości: 0,6 m³/h, 1,0 m³/h, 1,5 m³/h

DN15 with permanent flow rates: 0,6 m³/h, 1,0 m³/h, 1,5 m³/h

DN 20 o ciągłym strumieniu objętości: 1,5 m³/h, 2,5 m³/h

DN 20 with permanent flow rates: 1,5 m³/h, 2,5 m³/h

Zgodny z typem opisanym w certyfikacie UE nr. TCM 311/10-4745 Uzupelnienie 7
wydany 30-04-2020 ważny do 02-11-2020
*According with certificate EU number TCM 311/10-4745 Supplement 7
issued 30-04-2020 valid until 02-11-2020.*

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.
Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: PN-EN 1434; OIML R75
Standards: PN-EN 1434; OIML R75

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania ciepłomierzy (załącznik II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1446 OUM Łódź w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE (Nr certyfikatu 7W2.431.1199.19 – wersja 3 wydany 11.05.2020 ważny do 12.09.2022).
The quality system for production, final product inspection and testing of the heat meters (annex II module D) was approved by the Notified Body OUM 1446 Łódź in accordance with Directive 2014/32/EU annex D (Document number 7W2.431.1199.19 version 3 issued 11-05-2020 valid until 12-09-2022).

8. Informacje dodatkowe:
Additional information:

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
CEO, President & Managing Director


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Pawel Stachowiak
.....

Poznań dnia: 20.05.2020
Wydanie/edition: 8