

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Wodomierz JS, JS 130

Instrument model: Water meter JS, JS 130

2. Producent wyrobu/ Manufacturer:

Apator Powogaz S.A.

Adres/Address:

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

Kraj/ Country:

Polska

Telefon/ Phone:

48 (61) 8 418 101

Adres e-mail/ e-mail:

sekretariat.powogaz@apator.com

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Wodomierz jednostrumieniowy mechaniczny JS;JS130

Water meter-single jet, mechanical JS;JS130

klasa temperaturowa T30 lub T50 , T130 lub T30/T130 / temperature class T30 or T50 , T130 or T30/T130
klasa dokładności: 2 /accuracy class:2

DN 25 o ciągłym strumieniu objętości:6,3m³/h ;R=80,R=100,R=160, R=200 przy pozycji H↑

DN25 with permanent flow rate : 6,3 m³/h ; R=80,R=100,R=160, R=200 ;H↑ position

DN 32 o ciągłym strumieniu objętości:10m³/h ;R=80,R=100,R=160, R=200 przy pozycji H↑

DN32 with permanent flow rate :10 m³/h ; R=80,R=100,R=160, R=200 ;H↑ position

DN 40 o ciągłym strumieniu objętości: 16m³/h ;R=80,R=100,R=160, R=200 przy pozycji H↑

DN40 with permanent flow rate : 16 m³/h ;R=80,R=100,R=160, R=200 ;H↑ position

Zgodny z certyfikatem numer SK 21-MI001-SMU071 Revision 1

wydany 29-04-2022 ważny do 12-05-2031

According to certificate number SK 21-MI001-SMU071 Revision 1

issued 29-04-2022 valid until 12-05-2031.

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań

dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.

Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006, OIML R 49-2:2004, OIML

R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN ISO4064-1:2017, EN ISO4064-2:2017, EN ISO4064-3:2014, EN ISO4064-5:2017,

Standards: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006, OIML R 49-2:2004,

OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN ISO4064-1:2017, EN ISO4064-2:2017, EN ISO4064-3:2014, EN ISO4064-

5:2017

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania wodomierzy (zał. II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE

(Nr certyfikatu SK 20-QD-SMU003 * ważny do 27-10-2023).

The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex II module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU.

*(Document number SK 20-QD-SMU003 * valid until 27-10-2023).*

gdzie *) rewizja ważna w dniu wystawienia niniejszej deklaracji zgodności

where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity

8. Informacje dodatkowe:

Additional information:

Apator Powogaz S.A

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
CEO, President & Managing Director

Apator Powogaz S.A

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

tel.: 48 (61) 841 81 01

NIP 781-00-20-601

REGON P-630509799

www.apator.com


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM


Kamil Burda


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU DS. ZSZ


Katarzyna Janowicz