

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Wodomierz MH-01
Instrument model: Water meter MH-01

2. Producent wyrobu / Manufacturer:

Apator PoWoGaz S.A.

Adres/Address:

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

Kraj/ Country:

Polska

Telefon/ Phone:

48 (61) 8 418 101

Adres e-mail/ e-mail:

sekretariat.powogaz@apator.com

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Wodomierz Woltmana MH-01

Woltman Water meter MH-01

klasa temperaturowa T30,T50/ *temperature class T30,T50*

średnica nominalna: DN50, DN65

nominal diameter: DN50, DN65

Zgodny z certyfikatem numer SK 16-MI001-SMU044 Wersja 2

wydany 29-04-2022 ważny do 19-06-2026

According to certificate number SK 16-MI001-SMU044 Revision 2

issued 29-04-2022 valid until 19-06-2026

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.

Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: PN-EN 14154-1:2005+A2:2011, PN-EN 14154-2:2005+A2:2011, PN-EN 14154-3:2005+A2:2011, OIML R 49-

1:2006, OIML R 49-2:2004, EN ISO4064-1:2017, EN ISO4064-2:2017, EN ISO4064-3:2014, EN ISO4064-5:2017.

Standards: PN-EN 14154-1:2005+A2:2011, PN-EN 14154-2:2005+A2:2011, PN-EN 14154-3:2005+A2:2011, OIML R 49-

1:2006, OIML R 49-2:2004, EN ISO4064-1:2017, EN ISO4064-2:2017, EN ISO4064-3:2014, EN ISO4064-5:2017

Inne normy: OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006.

Others standards: OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania wodomierzy (zał. II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE

(Nr certyfikatu.SK 20-QD-SMU003 * ważny do 27-10-2023).

The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex II module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU

*(Document number SK 20-QD-SMU003 * valid until 27-10-2023).*

*gdzie *) rewizja ważna w dniu wystawienia niniejszej deklaracji zgodności*

*where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity*

8. Informacje dodatkowe:

Additional information:

Apator Powogaz S.A

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
CEO, President & Managing Director

Apator Powogaz S.A

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

tel.: 48 (61) 841 81 01

NIP 781-00-20-601

REGON P-630509799

www.apator.com


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM


Kamil Burda


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZSZ


Katarzyna Janowicz

Poznań, dnia: 29.04.2022

Wydanie/edition: 7

QM-001.03.29